

چک لیست دوره ای آزمایشگاههای دانشکده داروسازی تبریز

۱. آیا کپسول های اطفای حریق در قسمت ورودی هر آزمایشگاه نصب شده است؟ بلی خیر
۲. آیا کف پوش عایق زیر تابلوهای برق آزمایشگاه ها روی زمین چسبانده شده است؟ بلی خیر
۳. دانشجویان و کارشناسان از نحوه دسترسی به اطلاعات ایمنی مواد آزمایشگاهی اطلاع دارند؟ بلی خیر
۴. در صورت وجود داشتن سیلندر گاز با زنجیر بسته و در محل مناسب قرار داده شده است؟ بلی خیر
۵. هودها به درستی کار می کنند؟ بلی خیر
۶. تجهیزات خراب و مستهلک از آزمایشگاهها خارج از اسقاط و یا در انبار نگهداری می شوند؟ بلی خیر
۷. پوسترها و تابلوهای ایمنی در همه آزمایشگاهها نصب گردیده است؟ بلی خیر
۸. آیا پسماندهای شیمیایی، بیولوژیک، مواد تیز و برنده و اجساد و لاشه های حیوانات آزمایشگاهی در آزمایشگاه جداسازی می گردد؟ بلی خیر
۹. آیا دوش و چشم شور در آزمایشگاه وجود دارد و به درستی کار می کند؟ بلی خیر
۱۰. آیا وسایل ایمنی در آزمایشگاه اعم از دستکش ماسک و... در دسترس دانشجویان وجود دارد؟ بلی خیر
۱۱. آیا نحوه انبار کردن مواد شیمیایی صحیح است؟ (از لحاظ دما (وجود دماسنج) و نور، قرار دادن حلال ها زیر هود، ظروف شیشه ای در قسمت پایینی کمدها) بلی خیر
۱۲. جعبه کمک های اولیه (دارای تجهیزات لازم) در آزمایشگاه وجود دارد؟ بلی خیر
۱۳. آیا تهویه کلی آزمایشگاه به درستی انجام میگیرد؟ (در زمان کار با محلولهای کم خطر تر که در زیر هود قرار نمیگیرند و کار با حیوانات آزمایشگاهی) بلی خیر
۱۴. آیا شماره تلفن های ضروری جهت تماس در زمان های خطر در جای مناسب و در دسترس نصب شده اند؟ بلی خیر
۱۵. آیا به کارشناس آزمایشگاه و دانشجویان برای استفاده ایمن از دوش و چشم شوی آموزش داده شده است؟ بلی خیر
۱۶. آیا موارد ایمنی در یخچال آزمایشگاه رعایت می شود؟ بلی خیر
۱۷. آیا SOP کار کردن با دستگاه ها و تجهیزات در کنار هر کدام نصب شده است؟ بلی خیر
۱۸. آیا دستگاهها مجهز به سیم رابط محافظ دار هستند؟ بلی خیر

نام و نام خانوادگی مسوول تکمیل کننده چک لیست: